



Juli 2025

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde von IDEXX,

gemäß Artikel 33(1) der REACH-Verordnung 1907/2006 möchten wir Sie darüber informieren, dass der Akku des VetStat™ Elektrolyt- und Blutgasanalysegerätes mehr als 0,1 % Bleilot enthält. Das Bleilot wird innerhalb des Akkus verwendet, um elektronische Kabel zu verbinden, und ist während des normalen Gebrauchs nicht zugänglich.

IDEXX ist bestrebt, Ihnen Diagnoseprodukte von höchster Qualität bereitzustellen, die allen lokalen Sicherheits- und gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Bitte verwenden Sie das Analysegerät und den Akku weiterhin gemäß der Gebrauchsanweisung.

Mit freundlichen Grüßen

Tamara Goodine

VetStat™ Product Manager, IDEXX